totalcare EUROPE

LIVE WITHOUT LIMITS / VIVE SIN LÍMITES

Manual de usuario

Silla Calabria 4

Gracias,

por adquirir un producto de **TotalCare Europe**.
El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así pordrá familiarizarse con su nueva silla Calabria 4 que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de este.



Guía de referencia rápida

Importante: Leer el manual antes de utilizar el producto.

1 Contenidos de precaución pág. 6

2 Guía de seguridad del usuario pág. 7

3 Características pág. 8

4 La precaución de uso y funcionamiento pág. 9

5 Operación general pág. 10

5.1 Conducir
5.2 Conversión manual y de motor
5.3 Carga
5.4 Confirmación del estado de carga de la batería

6 Operación pág. 12

6.1 Para ajustar la altura del reposabrazos y la posición del controlador
6.2 Para montar los reposapiés
6.3 Para ajustar la altura del reposapiés
6.4 Botón de restablecimiento y cinturón de seguridad
6.5 Para desmontar el antivuelco
6.6 Para montar la batería
6.7 El área mínima para colocar la silla de ruedas eléctrica

7 Almacenamiento, mantenimiento, limpieza y desinfección pág. 16

8 Garantía pág. 18

Tapizado de respaldo
Joystick
Freno manual
Ruedas traseras: conexiones del motor

Partes de la **silla Calabria 4**

1 Contenidos de precaución

El usuario debe considerar EMC, instale y ponga en servicio la SILLA DE RUEDAS SCALABRIA4 de acuerdo con la información de EMC proporcionada en los documentos adjuntos.

Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden afectar a los equipos médicos eléctricos.

- Artículo adaptador: DC24V, 5A (6A)
- Voltaje del adaptador: 110V - 250V (ajustable)
- Longitud del cable de salida: 845mm, sin protector.
- Longitud de la línea de entrada: 1700mm, sin protector.

El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados, con la excepción de transductores y cables vendidos como piezas de repuesto para componentes internos, puede resultar en un aumento de las emisiones o una disminución de la inmunidad de CALABRIA4.

SILLA DE RUEDAS CALABRIA4 no debe utilizarse junto a otro equipo o apilado con él. Se debe observar la SILLA DE RUEDAS CALABRIA4 para verificar el funcionamiento normal en la configuración en la que se utilizará.

Utilice este adaptador en silla de ruedas CALABRIA4 solamente. Para otro artículo de la silla de ruedas, por favor, consulte con su agente o vendedor antes de usar.

Utilice este adaptador en silla de ruedas CALABRIA4 solamente. Para otro artículo de la silla de ruedas, por favor, consulte con su agente o vendedor antes de usar.

2 Guía de seguridad del usuario

Este producto es un equipo médico específico para el paciente. Lea el manual cuidadosamente y familiarícese con el funcionamiento antes de usarlo. Las siguientes reglas son para la seguridad del usuario, obedézcalas, de lo contrario, la empresa no tendrá ninguna responsabilidad legal por el uso inapropiado.

Este producto viene con un cargador de batería para la fuente de alimentación comercial, que no puede utilizarse para otros fines.

- No aplique excesiva presión o impacto.
- No puede ser utilizado solo por una persona inconsciente.
- Verifique si puede funcionar con normalidad cuando se usa después de un largo almacenamiento.
- Asegúrese de inflar el neumático antes de usarlo.
- Prohibir la operación de aceleración fuerte o frenada repentina, etc.
- No conduzca en el carril de tráfico.
- No conduzca en túneles, pasajes, elevadores ni cargue el elevador de carga sin ningún protector.
- No desmonte ni cambie el diseño de la silla de forma privada.
- Desconecte la alimentación bajo la condición de operación de error o el frenado automático no funciona.
- Este producto no puede frenar en modo manual.
- El modo manual es solo para que el protector empuje la silla.
- No ajuste la silla en modo manual en la pendiente y en el lugar de la barandilla.

3 Características

Producto	Descripción
Batería	DC 12 V, 55 Ah
Potencia	500 W x 2
Velocidad máxima	12 km/h
Velocidad máxima marcha atrás	3 km/h
Pendiente máxima soportada	15 °
Distancia al suelo	80 mm
Radio de giro	850 mm
Motor	24 V DC500W x 2
Cargador	DC 24V 6A
Freno	Freno electromagnético
Medida embalaje	980 mm x 700 mm x 840 mm
Peso de la silla	117 kg
Máximo peso soportado	180 kg
Tipo	Tipo B

4 Precaucion de uso y de mantenimiento

Leer atentamente el manual antes de usar

Preparación antes del funcionamiento

1. Ajustar la plataforma según el cuerpo del usuario.
2. Ajustar la altura del asiento según el cuerpo del usuario.
3. Ajustar la altura de los reposabrazos de acuerdo con el cuerpo del usuario.
4. Ajustar la altura de los reposabrazos de acuerdo con el cuerpo del usuario.
5. Ajustar la posición del controlador de acuerdo con el cuerpo del usuario.

Comprobar

1. Comprobar el marco y todas las juntas.
2. Comprobar la cantidad eléctrica.
3. Comprobar el inflado del neumático y las partes de conduccion.

Partes de la conducción

1. Comprobar si se puede cambiar libremente entre modo manual y eléctrico
2. Empujar en el modo manual.
3. Apague la alimentación para comprobar el botón de la velocidad , bocina y joystick.
4. Establecer el modo de espera en el modo motor.

Métodos de funcionamiento y uso

Funcionamiento del controlador

1. Asegurar que la silla está en el modo eléctrico.
2. Encender alimentación

3. Ajuste el control de velocidad de la silla a LENTO y conduzca lentamente primero.

4. Presione suavemente el joystick en la dirección que desee viajar aplicando una presión uniforme constante.

5. Coloque la silla en modo manual en caso de emergencia o baja potencia.

Conducción

1. Encendido.

2. Empujar la palanca del joystick hacia la dirección de conduccion.

El producto permite a los usuarios ajustar la velocidad.

Lento ›› Bajar la velocidad

Rápido ›› Aumentar la velocidad

La velocidad máxima de conducción es de 12 km / h, pero por favor maneje a menos de 9 km / h.

La compañía no acepta responsabilidad por ninguna causa de accidente al conducir a alta velocidad.

5 Operación general

Conversión manual y motor

1. Tirar hacia abajo el interruptor para que se suelte.

2. Empujar hacia arriba el interruptor para que se cierre.

Cambie el modo manual al modo motor en caso de pendiente o deslizamiento de emergencia.

Cargando

1. Apague la alimentación del controlador de la silla antes de cargar.

2. Conecte el enchufe DC al controlador y el cargador de batería a un enchufe de pared.

3. Cambiar el cargador a la posición de encendido.

4. La luz amarilla significa que comienza a cargar, y se vuelve verde cuando la carga está completa.

5. Después de cargar, apague la alimentación y desconecte el cable.

6. Mantenga la batería en un lugar bien ventilado y seco.

El error de conexión deL DC llevará a la falla del cargador.

El cargador puede ser auto-refrigerante, y habrá un poco de ruido.

Cargar: On

Cargar: Apagado

A: ventilador de enfriamiento

B: fusible

C: indicador de potencia

D: indicador de carga

Amarillo: en carga

Verde: carga completa

Estado de carga confirmado

Indicador de batería

① Riesgo de descarga: cuando las tres luces rojas aparecen, significa que se debe cargar batería de modo urgente.

② Necesidad de carga: las tres luces rojas y la luz amarilla

③ Final de carga: todas las luces verdes



La vida útil de la batería se dañará si no se carga o descarga completamente.

Por favor apague la alimentación cuando no esté en uso.

Cargue por completo cada 2 o 3 semanas cuando no esté en uso durante mucho tiempo.

El rendimiento de la batería se verá afectado por la temperatura, especialmente en el invierno.

6 Operación

6.1 Ajustar la altura del reposabrazos

Ajustar la posición del controlador

1. Liberar la tuerca del pomo.
2. Gire el reposapiés apretando el sistema gatillo.
3. Ajustar la posición
4. Volver a montar el pomo.

6.2 Montar los reposapiés

Para plegar el reposapiés.

1. Mover hacia adelante las plataformas del reposapiés. (1)
2. Gire el reposapiés, apretando el sistema gatillo.
3. Retirar el reposapiés.
4. Retire el reposapiés hacia arriba. (2)

(1)

(3)

Montar el reposapiés: siguiendo los pasos anteriores en la dirección inversa.

6.3 Ajustar la altura del reposapiés

1. Retire los tornillos y tuercas de seguridad de cada lado.

2. Deslice el tubo de extensión y el reposapiés arriba o abajo a la altura deseada.



6.4 Botón de reinicio y cinturón de seguridad

Esta unidad es para la seguridad de la silla y se apagará inmediatamente si el motor está sobrecargado.

1. La silla se detendrá 1 o 2 minutos para enfriarse.

2. Presione el botón de reinicio, la silla volverá a la normalidad.

Para evitar accidentes de conducción, asegúrese de abrocharse el cinturón de seguridad.

Abrochar: tiene un click

Desabrochar: pulse el botón rojo

6.5 Desmontar el anti-vuelco

Es un dispositivo de seguridad para evitar volcar hacia atrás.

1. Empuje la tuerca rodeada y tire hacia la flecha.

- La batería no puede ser impactada.
- Use solo las baterías recomendadas y cambie las baterías solo por Distribuidores cualificados
- Cargue y descargue las baterías cada mes cuando no se utilicen por períodos prolongados.
- Reciclar o manipular las baterías por parte de las autoridades ambientales pertinentes.

6.6 Sacar la batería

1. Suelte la correa de seguridad que sujeta la caja de la batería.
2. Levante la batería de la caja y retire la batería.
3. Desconecte los cables de conexión de la batería (controlador, motor y batería)

Montaje de la batería: los mismos pasos que sacar la batería pero a la inversa

6.7 La menor área para colocar la silla de ruedas eléctrica

Consulte los siguientes métodos si es necesario por si necesita guardar la silla.

1. Cambio eléctrico (consulte "Estado de carga confirmado").
2. Coloque la silla de ruedas en el suelo y confirme el estado eléctrico.
3. Separe el reposapiés (consulte "Ajustar la altura de los reposapiés").
4. Doble el pedal, gire 90 ° del reposapiés, levante y desmonte.
5. Desmonte la batería y el cable (consulte “sacar la batería”).
6. Desmonte la correa de fijación de la batería y extraiga la batería.

7. Desmonte todos los cables del controlador, el motor y la batería.

8. Doblar la silla de ruedas eléctrica.

9. Ajusta el botón para plegar la silla de ruedas.

7 Almacenamiento, mantenimiento, limpieza y desinfección

Mantener los métodos después del uso

1. Desconecte la alimentación, ajústelo en modo estacionamiento.

2. Prohibido que Niños o personas inconscientes toquen la silla de ruedas.

3. Temperatura normal, para evitar la distorsión y mantener la capacidad básica para mucho tiempo.

Gestión

1. Revise el neumático periódicamente.

2. Empuje hacia abajo antes de quitar los enchufes.

3. No fuerza exterior.

4. Reparación por personas profesionales.

Limpieza, desinfección

1. Limpie con un paño limpio y suave y úselo después de secarlo. No use productos químicos para Limpiar (evita el cambio de color y distorsión).

2. Limpiar cuando se ensucie y usar después de secar.

Producto	Cualquier momento	Cada semana	Cada mes	Cada medio año
Cada parte			●	
Girar, conducir. montar y desmontar		●		
Freno (marque cuando estado eléctrico)	●			
Estado de conexión del cable		●		
Estado de carga de la batería	●			
Inflado del neumático delantero		●		
Inflado del neumático trasero		●		
Erosión del neumático			●	
Daño del neumático	●			
Erosión del asiento. Tapicería respaldo	●			
Motor				●
Equipamento		●		
Limpiar	●			

8 Garantía

Para que la garantía se active y conste en nuestra base de datos, en un periodo no superior a 15 días desde la fecha de compra, es necesario rellenar el formulario de nuestra página web http://www.totalcare-europe.com/garantia, de forma fácil y sencilla, recibirá un email con un número de garantía el cual deberá de adjuntar a la tarjeta de garantía y conservar. Su información estará amparada por la ley de protección de datos (el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD)).

El periodo de las diferentes partes de la silla es diferente, por favor ver el cuadro siguiente.

Partes	Periodo de garantía	Comentarios
Chasis	2 años	Por defecto de producción
Motor	2 años	Por defecto de producción
Batería	1 año	Por defecto de producción
Joystick	1 año	Por defecto de producción
Otros componentes	3 meses	Por defecto de producción

Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por Totalcare Europe, SL.

La garantía no cubre:

- Un mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual. O causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto…
- La silla de rueda sea reparada fuera del personal autorizado.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Si no están dentro del periodo de garantía.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.

SEA CUIDADOSO CON EL MEDIO AMBIENTE. SIGA LA REGLAMENTACIÓN LOCAL A LA HORA DE DESHACERSE DEL PRODUCTO.

Tel: 935 942 066
E-Mail: info@totalcare-europe.com
www.totalcare-europe.com

TotalCare Europe
Calle Amsterdam 1-3
08191 Rubí · España

www.**totalcare-europe**.com

www.twitter.com/**imtotalcare**

www.facebook.com/**imtotalcare**

v. 05/19